



Rekommenderade MR-protokoll inom Neuroradiologi

MR hjärna ARIA rutinkontroll

Sag 3D T2 FLAIR

Ax SWI

- *Används enbart vid rutinkontroller med känd anti-amyloid-behandling. Vid oväntad försämring används "MR Hjärna N". För baseline-undersökning används "MR Hjärna N" med tillägg av Ax T2* 5 mm (för ökad jämförbarhet med protokollet i kliniska prövningar).*